



## 顧客情報

お客様: 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 様  
契約番号: --

## 装置情報

システムID: MF0030 Serial No.: --  
製品名: DISCOVERY 600 MOTION SYSTEM  
Asset tag #: -- Room Location: --

## ケース

ケース番号: 08605896 ケースタイプ: Planned Maintenance

## Work Order Details

WO Owner: Akimoto Jyunji WO Number: WO-10144576 WO Type: Field Service  
Tube/Slice Count: 57843  
現象: PET-CT装置 DiscoveryPET/CT600 定期点検（スケジュールC）  
作業内容: 実施致しました。詳細は別紙点検記録をご参照ください。  
PET側Detectorキャリブレーション後。DQAベースライン実施致しました。  
高圧メンテナンス（TANKのエア抜き）も実施し、圧縮されたLOGファイルの消去も実施しております。  
X線管球使用カウント 2022年6月～ 57,843 scansec  
動作確認: 点検項目に従い実施し、動作問題ないことを確認致しました。

## 作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Akimoto Jyunji	Planned Maintenance	2023 May 29 15:00	2023 May 29 22:00	07:00

## パーツ

表示する項目がありません

作業担当者:

お客様サイン:

三川 栄

作業者名:

お客様:

Daisuke Mikawa

日時:

日時:

05 Jun 2023 17:31

05 Jun 2023 17:31

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

## Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

