

自動免疫染色装置 Autostainer Link48
年間保守一式の調達に係る事前確認公募

公 募 要 領

2025年 4月

国立研究開発法人 国立がん研究センター

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。

自動免疫染色装置Autostainer Link48 年間保守を委託することを目的とし、下記の内容で事前確認公募を実施いたします。

事前確認公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、現在予定している者との契約手続に移行します。なお、参加意思確認書等を受理した際は、一般競争入札に移行します。応募者は、参加意思確認書等を提出した場合、辞退することはできません。

記

1. 件名

自動免疫染色装置Autostainer Link48 年間保守

2. 数量

一式

3. 契約期間

令和7年5月1日から令和8年3月31日

4. 選定方法

応募要件を満たす応募者が複数あった際は一般競争入札に移行します。応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、現在予定している者との契約手続に移行します。なお応募者は、参加意思確認書等を提出した場合、辞退することはできません。

5. 応募要件

- 5.1 応募者は、法人格を有していること。
- 5.2 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうちA, B, C又はDの等級に格付けされ、関東甲信越地域の競争資格を有する者。
- 5.3 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- 5.4 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
- 5.5 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
- 5.6 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者（理事長が特に認める場合を含む。）であること。
- 5.7 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
- 5.8 別紙 3に定める証明書記載の要件を満たすこと。
- 5.9 守秘性に関する要件

本業務の履行に関して、秘匿性の高い情報を適切に管理できること。

5.10 業務執行体制等に関する要件

別紙 1「自動免疫染色装置Autostainer Link48 年間保守 一式 仕様書」
参照

6. 手続き等

6.1 担当部署

東京都中央区築地5-1-1

国立研究開発法人 国立がん研究センター（築地キャンパス）

財務経理部 調達課

電話番号 03-3547-5201 （内線3446）

6.2 参加意思確認書の提出期限、場所及び方法

概 要：

別紙 1「自動免疫染色装置Autostainer Link48 年間保守 一式 仕様書」に記載の要件を満たし、かつ「5. 応募要件」に記載の要件を満たし、業務への参加を希望する場合、参加意思確認書等（下記提出書類一式）を提出していただくこととなります。

なお、要件を満たしていない参加意思確認書等は受領できませんので、提出前に電話、又は直接訪問にて、上記「6.1 担当部署」に要件を満たしていることの確認を必ず行ってください。

期 限：2025 年 4月 28日 17 時 00 分

場 所：「6. 手続き等」6.1 に同じ

方 法：持参、郵送（書留郵便に限る。）

提出書類：参加意思確認書（別紙 2）

証明書（別紙 3）

資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し

参考見積

7. その他

7.1 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

7.2 一般競争入札に移行した場合、その旨後日通知する。

7.3 参加意思確認書を提出した者は、提出した書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

国立がん研究センター 中央病院
自動免疫染色装置Autostainer Link48 年間保守

1. 調達件名
自動免疫染色装置Autostainer Link48 年間保守
2. 業務の概要
病理検査室に設置している免疫組織化学染色システムの保守契約業務委託
3. 業務場所
国立がん研究センター 中央病院 7階 病理検査室
4. 業務期間
令和7年5月1日から令和8年3月31日まで
5. 業務内容
業務内容は別表1に示す通りとする。

別表1

5.1 自動免疫染色装置Autostainer Link48 年間保守

仕様書

1. 概要

自動免疫染色装置Autostainer Link48 年間保守 一式

構成内訳

- ・ダコAutostainer Link48 3式
- ・Autostainer Link Instrument System 3台
- ・Custom workstation 1台
- ・Add Monitor 1台
- ・Add Report Printer 1台
- ・Universal label Printer 1台
- ・Autostainer Link UPS 1台
- ・Add Handheld Barcode Scanner 3台
- ・Stand for Barcode Scanner 1個

2. 保守契約対象外

- ・Dako PT Link

3. 履行場所

国立がん研究センター中央病院 臨床検査科 病理検査室（病院棟7階）

4. 業務事項及び内容

ダコAutostainer Link48 3式

(1) 定期メンテナンス(年2回)

<交換>

- ・PMキット全ての部品交換

<検査および清掃>

- ・廃液の清掃、DIWのタンクとチューブ及びその周り清掃
- ・スライドラック、シンク、廃液タンク、機器内部のチューブ、バッファー及びDIWの機器内部のチューブ、廃液及びDIポンプ、Z-ヘッドの検査
- ・Y-Xの動作機構の清掃、注油
- ・エアナイフの清掃
- ・バッファー及びDIWのチューブラインのプライム

<調整>

- ・リキッドセンサーボードの電圧調整、液面感知テスト
- ・位置調整(Teach)

<テスト及び検査>

- ・スライドリンス及びリンス量のテスト
- ・廃液ポンプのテスト
- ・エアーコンプレッサーの圧力テスト
- ・シリンジ及び三方活栓のテスト
- ・バッファポンプのバックバックプレッシャーのテスト
- ・秤の重量検証
- ・吸引滴下テスト

<サービステスト>

- ・ワークステーション及びサーバーのタイムゾーン、日付、時刻の設定
- ・SMDData.mdbファイルのサイズを確認、1.8Gbを超える場合はDakoLink

Database Service Toolにてデータベースを整理

- ・ アジレントにより認証された最新のWindowsアップデートをインストール

(2)緊急保守点検

- ・ 弊社営業日営業時間内10:00-18:00の訪問修理を実施する
- ・ リモート診断及びサポート(無制限)
- ・ 2営業日以内での優先的なオンサイト対応
- ・ 安定した稼働と新しい機能の利用を確実にするソフトウェア・ファームウェア・ハードウェアのアップデート
- ・ 対象保守のための出張費と作業費、修理に必要なすべての部品(消耗品は当院負担)
- ・ ハードウェア及びソフトウェアの電話サポート
- ・ サービスレポート

(3)リモートによるサポート

- ・ カスタマーサポート・機器サービス受付

5. 契約期間

2025年5月1日～2026年3月31日

年 月 日

参加意思確認書

国立研究開発法人 国立がん研究センター
理事長 間野 博行 殿

住 所
会社名
代表者
連絡先

印

「自動免疫染色装置Autostainer Link48 年間保守 一式」に係る事前確認公募において、応募要件を満たしており、業務への参加を希望しますので参加意思確認書を提出します。

記

1 会社概要

※ 会社概要について記載すること

パンフレット等で代用できる場合は、パンフレットを添付すること
サイズ：A4 縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。

2 応募要件

※ 応募要件を満たしている状況等について記載すること

サイズ：A4 縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可

以上