

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業（納品）を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972	
様			

お客様ID 10027070000-135	受付番号 6587513	作業 CS	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC3120994616
--------------------------	-----------------	----------	----------	--------------	----------------------

装置名 TSX-304A/2A	設置室 4F 撮影室15	据付日 2017年3月9日
--------------------	-----------------	------------------

ご依頼内容 保守点検2024年12月/定期点検2024年12月		受付日 2024年4月1日		作業内容 定期点検(2024年/12月分)実施いたしました。 詳細は点検報告書をご参照ください。	
作業開始・終了時間					
開始 2024年12月6日17時00分					
終了 2024年12月7日00時00分					
時間内 1	時間外 10	往復 2	合計 13	完了	

ユニット TSX-304A/2A	製造番号 2AA1722004	作業担当者 小坂 駿斗 他1名
---------------------	--------------------	--------------------

使用部品			数量
1	BATTERY \$	図番 AXB003*3V220	4
2	FAN ASSY	図番 BSX71-1287E*B	2
3	FAN ASSY	図番 BSX71-1288E	1
4		図番	
5		図番	

ご所属

ご署名

お客様へ（留意事項のご説明）

- ※本作業（納品）に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法令により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
- 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報（以下「お客様情報」といいます）につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスの提供やご案内に使用させていただきます。
 - 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品（作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品）につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号	02775524
------	----------

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院	東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972
--------------------------------	--

お客様ID 10027070000-141	受付番号 6587514	作業 CS	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC3120994716
--------------------------	-----------------	----------	----------	--------------	----------------------

装置名 VWS-001SA/CA	設置室 IVRCT操作室	据付日 2017年3月9日
---------------------	-----------------	------------------

ご依頼内容 保守点検2024年12月/定期点検2024年12月	受付日 2024年4月1日	作業内容 定期点検作業を実施しました。 詳細は定期点検報告書にて報告致します。 動作良好、異常なし。
作業開始・終了時間		
開始	2024年12月7日15時00分	
終了	2024年12月7日16時00分	
時間内	時間外	往復
0	1	0
		合計 1
完了		

ユニット VWS-001SA/CA	製造番号 CAA1712018	作業担当者 町原 祐介 他0名
----------------------	--------------------	--------------------

使用部品		数量
1 以下余白	図番	
2	図番	
3	図番	
4	図番	
5	図番	

ご所属

ご署名

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意願います。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
- 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させていただきます。
 - 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願いたします。

伝票番号	02635143
------	----------

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名		東京サービスセンタ	
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972	
様			

お客様ID	受付番号	作業	区分	保証区分	PJ番号
10027070000-118	6716348	BB	2H	保守契約	MC3120992916

装置名	設置室	据付日
TSX-302A/1A	4F 撮影室12	2011年7月28日

ご依頼内容		受付日 2024年12月6日		作業内容	
補正データ収集				補正データ収集(FOV L)実施いたしました。	
作業開始・終了時間					
開始	2024年12月6日21時00分				
終了	2024年12月7日00時00分				
時間内	時間外	往復	合計		
0	3	0	3		
完了					

ユニット	製造番号	作業担当者
TSX-302A/1A	1AA1162034	小坂 駿斗 他0名

使用部品			数量
1	以下余白	図番	
2		図番	
3		図番	
4		図番	
5		図番	

ご所属

ご署名

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
- 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させていただきます。
 - 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号	02775546
------	----------

Vitrea 定期点検報告書

(12 ヶ月目)

お客様システムNo.	10027070000-141		
お客様名	国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		
室名	IVR-CT操作室	SR No.	6587514
実施日	2024年12月7日	～	2024年12月7日
対象システム	VWS-001SA/CA		
シリアルNo.	CAA1712018		
点検者	町原		

Canon
キヤノンメディカルシステムズ株式会社

お客様確認


管理番号	測定機器名	校正有効期限年月

特記事項

ユニット	項目	点検内容	結果	備考
バージョン		バージョン		バージョン: -
清掃	A:1-1.1	本体ファンの埃除去	CL	
	A:1-1.2	モニタの埃除去	CL	
	A:1-1.3	キーボードの清掃	CL	
	A:1-1.4	マウスの清掃	CL	
本体	A:2-2.1	ケーブル接続の確認	V	
	A:2-2.2	内蔵電池の交換(3年毎)	適用外	
機能	A:3-3.1	キーボードの動作確認	V	
	A:3-3.2	マウスの動作確認	V	
	A:3-3.3	モニタの動作確認	V	
	A:3-3.4	内蔵電池の確認	V	
	A:3-3.5	点検の後処理	V	