



顧客情報

お客様: 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 様
契約番号: MSX04S-20230322-041

装置情報

システムID: MF0030 Serial No.: --
製品名: DISCOVERY 600 MOTION SYSTEM
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 09888243 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Akimoto Jyunji WO Number: WO-11560575 WO Type: Field Service
Tube/Slice Count: 97710
現象: PET C室 PETCT Discovery600 定期点検（スケジュールB）
作業内容: 実施致しました。詳細は別紙点検記録をご参照ください。
ファーストキャリブレーションにてコンダクターのエラーが確認できた為、WO-12051635にて作業実施しております。
動作確認: 点検項目に従い実施し動作問題無いことを確認致しました。

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Akimoto Jyunji	Planned Maintenance	2024 Feb 26 15:00	2024 Feb 26 19:00	04:00

パーツ

表示する項目がありません

作業担当者:

新井

お客様サイン:

清水

作業者名:

Mototaka Arai

お客様:

日時:

27 Feb 2024 10:59

日時:

27 Feb 2024 11:08

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、
ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127