



顧客情報

お客様: 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 様
契約番号: 2010173793.5

装置情報

システムID: EX0131 Serial No.: --
製品名: DISCOVERY PET/MR
Asset tag #: -- Room Location: 放射線科 B2F PETMRI室

ケース

ケース番号: 12400185 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Mikawa Daisuke WO Number: WO-13804195 WO Type: Field Service
Tube/Slice Count: --
現象: 保守契約に基づく定期点検作業 (schedule C)
作業内容: 別紙「点検チェックシート」に基づき実施致しました。
・後日コイルのクッション納品に伺います。
特に異常等御座いませんでした。
動作確認: テスト撮影、DQA、VQC正常
定期点検作業完了です。

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Mikawa Daisuke	Planned Maintenance	2024 Dec 20 17:00	2024 Dec 20 22:00	05:00
Ito Kei	Planned Maintenance	2024 Dec 19 17:00	2024 Dec 19 21:30	04:30
Mikawa Daisuke	Planned Maintenance	2024 Dec 19 15:00	2024 Dec 19 21:30	06:30
Mikawa Daisuke	Standby-Waiting	2024 Dec 20 09:00	2024 Dec 20 11:30	02:30
Sato Tomonori	Planned Maintenance	2024 Dec 20 18:00	2024 Dec 20 21:52	03:52
Mikawa Daisuke	Standby-Waiting	2024 Dec 23 09:00	2024 Dec 23 11:30	02:30

パーツ

RRN	Product ID	Product Description	Qty
386256435	5174313-14	FRU, 4 gallons, Coolant, DI Water, Non-copper corrosive TTA , Algae resistant	3
386256436	5264701	Deionization Filter Cartridges Kit	1
386256437	5290917	Filter, Air Inlet	1
386256438	5265337	Air Inlet Filter, Blower Box	1

作業担当者:

お客様サイン:

作業者名:

Mikawa Daisuke

お客様:

日時:

23 Dec 2024 11:19

日時:

23 Dec 2024 11:25

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。



GEヘルスケア・ジャパン株式会社
〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127