

2021 年 8 月 6 日

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 御中

作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。

下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	Symbia_T6	作業番号	728201071488 / 1
シリアル番号	1226	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-100330	作業状況	完了
技術ID番号	732-40015627-NM13	契約区分	契約あり
		報告者	日高 麗貴

作業・サービス内容

【訪問理由/システム状況・現象等】

第1回定期点検作業(年2回)

エックス線管使用量：112171[scan sec] 2013年1月22日使用開始

【作業内容/推定・特定した原因】

点検手順書の項目に従い作業を実施致しました。

SPECTガントリー部(前側)及び患者テーブル前方部（フロントテーブル）を中心に点検を実施致しました。

特記事項を除き、点検作業におきまして異常となる箇所はございませんでした。

その他、詳細な実施項目に関しましては後日郵送されます点検報告書をご参照ください。

追加項目として、Intrinsic Calibration(固有均一性補正収集)を実施しました。

最終動作確認として、日常の一連の動作(システムの再起動、ホーミング、コリメータチェンジ、テストスキャン (Whole body, Tomo) 、通信テスト)を実施しました。関係箇所における動作に異常が無いことを確認致しました。

放射能汚染の可能性がある部材、ウェスなどは指定の位置に返却しました。

【特記事項】

先日コールセンターにお電話いただきましたコントロールボックスのボタンが効かなかった件は、コンピューターとコントロールボ

ックス間の接続が一時的にできていなかった可能性があるので、コントロールボックスのケーブル再接続を実施しその後の動作確

認におきまして再発がないことを確認いたしました。


作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2021/08/06	日高 麗貴	71001498	13:45	7.25	3.75	3.50	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p>	<p>弊社確認</p>
	
<p>ご担当者様</p>	<p>日高 麗貴</p>
<p>2021 年 8 月 6 日</p>	<p>2021 年 8 月 6 日</p>

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387