

2021 年 5 月 21 日

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 御中

## 作業報告書

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。

下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご査収下さいますようお願い致します。

### 装置情報

### 報告書情報

装置・ユニット名	Symbia_T16	作業番号	728201071694 / 6
シリアル番号	1162	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-100328	作業状況	完了
技術ID番号	732-40015627-NM11	契約区分	契約あり
		報告者	三須 尊紀

### 作業・サービス内容

#### 【訪問理由/システム状況・現象等】

第1回保守定期点検作業(年2 回)

X線管使用量:13001 [scan sec] 【2020年7月22使用開始】

#### 【作業内容/推定・特定した原因】

点検手順書の項目に従い作業を実施しました。

- ・ソフトウェアの動作予防の為、データベースの再構築を実施致しました。
- ・Intrinsic Calibration(均一性補正画像収集)を実施しました。
- ・患者テーブル部を中心に点検を実施しました。
- ・SPECTガントリー部を中心に点検を実施致しました。
- ・定期交換品-UPS(無停電電源装置)の交換を実施しました。

最終動作確認として、日常の一連の動作(システムのオフオン、チェックアップ、ホーミング、コリメータチェンジ、WB、SPE

CT-CT)を実施しました。動作に異常が無いことを確認しました。

放射能汚染の可能性がある部材、ウェスなどは指定の位置に返却しました。

## 作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2021/05/21	三須 尊紀	71001532	17:00	4.25	0.50	3.75	

### 使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p>	<p>弊社確認</p>
<p>書面にてサイン</p>	<p>三須 尊紀</p>
<p>2021年5月21日</p>	<p>2021年5月21日</p>

シーメンスヘルスケア株式会社  
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号  
ゲートシティ大崎ウエストタワー  
カスタマーケアセンター 0120-041-387